



Checkliste


Einschulung Anwender Blutgasanalyse

Dokument: CL008
Version: 02
Seite: 1 von 1

Name _____ Geb. Datum _____

KH und Station: _____ Tel.: _____ Datum der Einschulung _____

Bestätigung der Qualifikation: _____
Datum/Unterschrift des Mitarbeiters Datum/Unterschrift des Gerätebeauftragten



| Schulungsinhalte |  | OK |
|--|---|----|
| 1. Präanalytik | SOP F_AA004* | |
| - Arterielle/venöse/kapilläre Abnahme | | |
| - Mögliche Fehler und deren Auswirkungen | | |
| 2. Gerätebedienung | Handbuch | |
| - Gerätekomponenten (Netzanschluss, Ein/Aus Schalter, Interner Barcode Scanner, Papierfach, Akkupack, Sensorkassette, Lösungspack, Hauptmenü, Video Tutorials) | | |
| - Bildschirminavigation | | |
| - Ampelsignal Funktion | | |
| - Probeneingabe Spritze/ Kapillare | | |
| - Auswahl Probenmaterial | SOP F_AA004* | |
| - Eingabe/Scannen von Patientendaten und Nutzer ID | SOP F_AA004* | |
| 3. Befunde | SOP F_AA004* | |
| - was ist am Ausdruck zu beachten (Fehlermeldungen, unter/Über Messbereich, QK nicht im Bereich,...) | | |
| 4. QM-System | SOP F_AA004* | |
| - Beurteilung Ampelsystem | | |
| - Starten von Kalibrierung bzw. Qualitätskontrollen | | |
| 5. Wartung und Wechsel von Verbrauchsmaterialien | Handbuch | |
| - Beachten von Ampelsignal und Analysatorstatus (restliche Tests) | | |
| - Erneuerung Sensorkassette/Lösungspack/Druckerpapier | | |
| - Lagerung der Materialien | | |
| 6. Fehler | SOP F_AA004* | |
| - Ausweichgerät/ Hotline | | |
| *Unterlagen: SOP F_AA004 Blutgasanalyse am ABL90, Handbuch ABL 90 (siehe Intranet) | | |